



№1 лот бойынша техникалық сипаттама

Өлшемшарттар		Сипаттау		
№ р/с 1	Медициналық техниканың атауы	Жылыту температурасын автоматты түрде ұстап тұратын неонатальдық үстел(жана туған нәрестелер үшін)		
2	Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы (моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып)	Жылыту температурасын автоматты түрде ұстап тұратын неонатальдық үстел(жана туған нәрестелер үшін)		
3	Жиынтықтауға талаптар	№ р/с	Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)
		Негізгі жиынтықтаушылар:		
		1	Жылыту үстелі	<p>Үстел келесі ауытқулар кезінде аудио-визуалды дабыл жүйесімен жабылталған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - желіге қуат ажыратылған кезде; - тері температурасы сенсорының тізбегінде үзіліс немесе қысқа тұйықталу кезінде; - нәресте терісінің температурасы белгіленген мәннен ауытқыған кезде <p>I дана</p>

Қосымша компоненттер:					
1	Рентгендік кассета тірегі	соққыға төзімді полистерол парағы	1 дана		
2	Жылытқыш модулі	Температураны реттеу диапазоны: °C 35-37, 9 Жылытқыш модулі модульдің артқы жағында орналасқан блоктау құрылғысының тұтқасын басқаннан кейін жұмыс (орталық) позицияға қатысты тік осьтің айналасында солға немесе оңға бұрыла алады. Бұл модульдің орнына фототерапия немесе флюорокопия жабдықтарын орналастыруға мүмкіндік беріледі. Модульдімешікқан күйінде жылытқыш шығаратын жылу қорға түсе беріледі, бірақ деңгейі төмен.	1 дана		
3	Жылытқыш Модулінің тірегі	жылытқыш Модулінің тірегіне бекітілген : екі платформа тұтқасы мен тұтқасы, Қуат кабелі, алты кронштейн	1 дана		
4	Арба	Арба платформаның негізімен бірге арбаның тірегіне төменгі күйде орнатылады.	1 дана		
5	Инфузиялық тірек	Инфузиялық тірекке флакон ілігіш немесе флакон ұстағыш бекітіледі.	1 дана		
6	Тұтқасы бар үстел	Тұтқасы бар үстел	1 дана		
7	Негізі	Арбаның тірегінде платформа бекітілген негіз бар, ол маховиктің көмегімен балаға тренделенбургтің түзу немесе кері позасын беру үшін оның бұрышын өзгертуге болады. Өлшемдері, мм: 2000 x 1100 x 710	1 дана		
8	Аспаптық сөре	Медициналық құралға арналған аспаптық сөре кронштейндерге орнатылады	1 дана		
9	Оттегі дайындау торабы	Түйін оттегі терапиясын қолдану қажет болған жағдайда қолданылады және кронштейнге бұрандалармен бекітілген диспенсер болып табылады.	1 дана		
10	Шланг	Кіріс фитингіне шланг қосылады. Бұл шланг торапқа магистральдан немесе шлиндрден оттегін береді. Бұл шлангтың екінші ұшы матрацқа орнатылған неонатальды қақпақтың астына енгізіледі.	1 дана		
11	Бөтелке ұстағыш	Бөтелке ұстағыш инфузиялық тірекке бекітіледі. Қажет болса, флакондарды ілудің орнына инфузиялық тірекке флакон ұстағышын орнатуға болады.	1 дана		

		12	Қақпақтағы матрац	Үстелге матрац төселген. Үстел, матрац және панельдері бар Платформа нәресте төсегі ретінде қызмет етеді. Баланың жылыту және фототерапия кезіндегі онтайлы жағдайы матрацтың ортасында. Матрастың максималды бұрышы, бұрышы. Бұрыш ± 10 материал-Пластиковый полиуретанды көбік 603 x 763 X20 мм	1 дана
		13	Тері температурасының сенсоры		1 дана
		Шығын материалдары және тозу жинақтары:			
		1			
4	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар	<p>Тұтынылатын қуат: Вт, 700-ден аспайды Электр қуаты: 200-240В, 50-60Гц. Температура: жұмыс кезінде: 15-30 °C. Сақтау және тасымалдау: -25-60 °C. Сапыстырмалы ылғалдылық: конденсациясыз 75% дейін. Ылғалдылық: жұмыс кезінде: 30% - дан 75% - ға дейін. Сақтау және тасымалдау: 20% - дан 90% - ға дейін</p>			
5	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)	DDP белгіленген пункт			
6	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері	<p>90 күнтізбелік күн, "01" қараша 2023 ж. кешіктірмей Мекен - жайы: Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, Талшық ауылы, Өуезов көшесі, 19</p>			
7	<p>Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары</p>	<p>Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шанын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.</p>			

8	Ілесіп қызметтерге қойылатын талаптар	<p>Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Бұры жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-қолдарды ұсынады.</p> <p>Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамалдан алу, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (апликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады.</p>
---	---------------------------------------	---